

| ضعیف | قابل قبول | خوب | عالی | چک لیست کنترل تراسی اورژانس | |
|------|-----------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| | | | | از نحوه چک تراسی اورژانس در ابتدای شیفت کنترل و جبران کمبودهای آن آگاهی داشته باشد | 1 |
| | | | | در چک صحت عملکرد دستگاه الکتروشوک در ابتدای شیفت و الصاق استریپ مربوط به آن را در دفتر مربوطه همکاری کند | 2 |
| | | | | نحوه کنترل صحت عملکرد دستگاه الکتروشوک و کار با آن را بداند | 3 |
| | | | | به تاریخ کالیبراسیون دستگاه الکتروشوک توجه کند | 4 |
| | | | | از وجود و الصاق دستورالعمل نحوه کار با دستگاه الکتروشوک و نکات ایمنی مربوط به آن آگاه باشد | 5 |
| | | | | به دستورالعمل لیبیل گذاری صحیح داروهای تراسی کد آگاه باشد. ¹ | 6 |
| | | | | به تفاوت داروهای پرخطر و دوازدهگانه آگاه باشد | 7 |
| | | | | از نحوه کنترل صحت عملکرد آمیوبگ و لارنگوسکوپ آگاه باشد و در ابتدای شیفت با دقت این موارد را کنترل کند. | 8 |
| | | | | پیش از کنترل لارنگوسکوپ از محلول ضد عفونی کننده دست استفاده کند | 9 |
| | | | | در تراسی کد دارو یا تجهیزات اضافه قرار ندهد. | 10 |
| | | | | در کنترل صحت عملکرد تجهیزات جانبی (کپسول های اکسیژن، ساکشن، زنگ های اخبار و...) کمک کند | 11 |
| | | | | از آخرین دستورالعمل ابالغی و تغییرات ایجاد شده در خصوص تراسی اورژانس آگاه باشد | 12 |

نام و نام خانوادگی:.....

شماره دانشجویی:.....

دانشگاه علوم پزشکی

گروه هوشبری دانشگاه علوم پزشکی همدان

وخدمات بهداشتی درمانی همدان

¹ داروهای پرخطر با لیبیل قرمز بر روی بدنه قفسه، داروهای دوازدهگانه با لیبیل و برجسب قرمز، داروهای مشابه با لیبیل و برجسب زرد رنگ و داروهای یخچالی با لیبیل و برجسب آبی رنگ به ترتیب بر روی بدنه قفسه دارو و سر پوکه دارویی مشخص می گردد.